

单一来源采购方式公示表

单位盖章:

采购单位(全称)	重庆市大渡口区人民医院
项目名称及编号、拟定采购品目	64 排 CT 球管采购项目
项目内容	拟采购佳能 64 排 CT 球管 1 支。
采购预算价格	120 万元
拟定供应商名称、地址	佳能医疗系统(中国)有限公司 北京市朝阳区新源南路 3 号-3 至 24 层 101 内 A 座 2301-02 单元及 B 座 23 层
单一来源采购理由	我院于 2020 年 4 月购置佳能医疗系统株式会社生产的 AquilionPRIMETSX-303A 型号 64 排 CT 设备, 配套原装球管型号为 CXB-750G。截至 2026 年 6 月底, 该球管曝光量已超 80 万次, 达到设备常规临界使用阈值, 存在突发停机、诊疗中断风险。为保障临床工作有序开展、规避医疗安全隐患, 我院拟采购原装进口佳能配套 CT 球管。 球管是 CT 设备运行及成像质量控制的核心关键部件, 为该设备整机注册证载明的重要结构组成部分。依据《医疗器械监督管理条例》第五十五条“医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械”、《医疗器械注册与备案管理办法》第七十九条规定, “注册证载明的结构及组成发生变更属于需产品名称、型号、规格、结构及组成、适用范围、产品技术要求、进口医疗器械生产地址等, 属于前款规定的需要办理变更注册的事项。”, 球管属 CT 整机注册列明关键组成, 更换非原厂球管将造成整机与注册证不一致, 原厂不予办理变更注册, 设备将不得使用。仅原厂球管可保障设备注册完整合规, 且仅原厂授权供应商可提供对应供货及专业调试服务, 本项目符合《政府采购法》第三十一条第一项规定, 特此申请单一来源采

	购该原装进口 CT 球管。		
公示时间	2026 年 8 月 3 日-2026 年 8 月 11 日		
专家论证意见	该项目只有唯一供应商提供货物，符合《政府采购法》第三十一条第一项规定，同意单一来源采购		
专家姓名、工作单位和职称	姓名	工作单位	职称
	张健伟	重钢总医院	主治医师
	郑燕	州贵达（重庆） 律师事务所	律师
	段波	重庆医科大学 附属儿童医院	高级工程师
	张天勇	重庆市沙坪坝 区妇幼保健院	副主任医师
	傅燕翔	重庆市计量质 量检测研究院	高级工程师
采购单位联系人及联系电话	樊老师 68680227		
采购代理机构联系人及联系电话			
财政部门联系人及联系电话	黄老师，68173323		

注：1、以上陈述是否真实，欢迎社会各界监督，公示时间至少 5 个工作日；

2、公示期内无异议的，财政部门将受理该采购申请；有异议请将意见反映采购人、采购代理机构。